

Teslamètre

par Yves CAULET,

Lycée Polyvalent, 07100 Annonay.

Dans le B.U.P. numéro 647 d'octobre 1982, page 57, était proposée la réalisation d'un teslamètre construit à partir de la sonde (capteur) à effet Hall TL 173 C, fabriquée par Texas Instruments.

En 1981, nous avons pu nous procurer une dizaine de ces capteurs qui ont donné jusqu'à présent toute satisfaction.

Depuis la publication de l'article par le B.U.P., nous avons reçu un courrier assez abondant de la part de collègues qui ne pouvaient se procurer la sonde.

Renseignements pris auprès de Texas Instruments production à Nice, nous avons pu obtenir les précisions suivantes :

Le capteur TL 173 C a été retiré de la commercialisation en 1982 pour des raisons de fiabilité. Une « puce » redessinée est actuellement à l'étude et doit donner naissance à un capteur de caractéristiques identiques à l'ancien mais plus fiable. Sa commercialisation est prévue pour fin 1983.

La presse spécialisée et les revendeurs seront informés de la sortie de ce nouveau capteur.

A toutes fins utiles, voici les coordonnées téléphoniques de Texas Instruments à Nice : (93) 20-01-01.
